

19. April 2022

Philips Safety Notice - ERS Statement und Empfehlung des SGP Vorstandes

Die ERS hat zum Philips Safety Notice ein Statement ([hier](#)) auf Basis neuer Informationen publiziert. Zusätzliche Tests durch zertifizierte Laboratorien und qualifizierte unabhängige Expert*innen konnten zeigen, dass die "volatile organic components (VOC)" die Expositionsschwellenwerte NICHT überschreiten und keine langfristigen gesundheitlichen Folgen zu erwarten sind. Toxikologische Expert*innen des BfArM (Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte) haben die Interpretation der Ergebnisse bestätigt.

Auf Basis dieses Statements kann allen Patient*innen das Fortführen respektive Wiederaufnehmen der Therapie mit von der Sicherheitsmeldung betroffenen Geräten empfohlen werden solange bis der Austausch mit neuen respektive reparierten Geräten stattgefunden hat.

In Absprache mit der Lungenliga Schweiz empfehlen wir Ihnen nun auch, das Angebot von Philips Schweiz zur Kompensation der Mehraufwand rund um das Philips Safety Notice anzunehmen.

Wir danken allen, die sich für unsere Patient*innen eingesetzt haben und die grosse Aufklärungs- und Beratungsarbeit trotz mangelhafter Informationen auf sich genommen haben.